Barandal TheraForte

SKU: TM910 / TM912

Update date • Fecha de actualización • Data de atualização
18/06/26





TM912 (WHITE)

Product specifications • Especificações do Produto • Especificaciones del producto

Description • Descrição • Descripción

Adjustable bed rail compatible with TheraVita TM976 (brown) and Theracare TM977 (white).
Barandal ajustável compatível com TheraVita TM976 (marrom) e Theracare TM977 (branco).
Barandal ajustable compatible con TheraVita TM976 (marrón) y Theracare TM977 (blanco).

Dimensions • Dimensões • Dimensiones

Length: 108.5–183.5 cm / Width: 93.5–115.3 cm / Height: 22.6–50.5 cm
Comprimento: 108,5–183,5 cm / Largura: 93,5–115,3 cm / Altura: 22,6–50,5 cm
Largo: 108,5–183,5 cm / Ancho: 93,5–115,3 cm / Alto: 22,6–50,5 cm

Weight • Peso • Peso

10.6 kg

Specifications per lot • Especificações por lote • Especificaciones por lote

Quantity per box • Quantidade por caixa • Cantidad por caja

1 un.

Shipping box size • Tamanho da caixa de remessa • Tamaño de caja de envío

111 x 6.5 x 51.5 cm

Gross Weight • Peso Bruto • Peso Bruto

11.5kg

Materials • Materiais • Materiales

Product: Metal 99.2%
Plastic 0.8 %

Produto: Metal 99.2%
Plástico 0.8%

Producto: Metal 99.2%
Plástico 0.8%

Care instructions • Instruções de cuidado • Instrucciones de cuidado

Before reclining or articulating the bed, remove the bed rail to prevent damage or accidents.
The bed rail has a minimum length of 108.5 cm.
When used on Theraforte TM910 or Theracare TM977 beds, ensure that the installation section is shorter than 108.5 cm.
Make sure there are no cables, rigid objects or accessories that may interfere with the bed rail during operation.

Antes de reclinar ou articular a cama, remova o barandal para evitar danos ou acidentes.
O barandal possui comprimento mínimo de 108,5 cm.
Quando utilizado nas camas Theraforte TM910 ou Theracare TM977, certifique-se de que a seção de instalação seja menor que 108,5 cm.
Certifique-se de que não existam cabos, objetos rígidos ou acessórios que possam interferir no funcionamento do barandal.

Antes de reclinar o articular la cama, retire el barandal para evitar daños o accidentes.
El barandal posee una longitud mínima de 108,5 cm.
Cuando se utilice en las camas Theraforte TM910 o Theracare TM977, asegúrese de que la sección de instalación sea menor de 108,5 cm.
Asegúrese de que no existan cables, objetos rígidos o accesorios que puedan interferir con el funcionamiento del barandal.

We are not responsible for any damage caused by the use of the bed rail on beds during the reclining process.
Não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados pelo uso do barandal em camas durante o processo de reclinação.
No nos hacemos responsables de cualquier daño ocasionado por el uso del barandal en camas durante el proceso de reclinación.